

№ 02-01-32-1896Дата 23.03.2021

Компаниям по списку

На № _____

от _____

По Конкурсным торгам
LUO/01/01-21/1059

Уведомление Участникам торгов №5

Уважаемые господа!

Уведомляем Вас о том, что по Конкурсным торгам LUO/01/01-21/1059 «Поставка хроматографов», получены вопросы от Участников Конкурса. Направляем ответы на заданные вопросы для использования Вами при подготовке Конкурсных предложений.

Вопрос №1: Просим Вас подтвердить необходимость предоставления всех документов, указанных в 1.5 в Таблице №1 к Форме 3 Конкурсной документации (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ). Полный объем всех документов превышает 30 томов и не может быть предоставлен на момент подачи.

Ответ: Необходимо предоставление всех запрашиваемых документов.

Вопрос №2: Просим Вас подтвердить необходимость гелия позиция 2.1.6.9.2 в Таблице №1 к Форме 3 Конкурсной документации (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ). В случае подтверждения необходимости, просим указать количество.

Ответ: В данном пункте указаны параметры газа – гелия, какими они должны быть при эксплуатации хроматографа. Сам гелий в баллонах не нужен.

Вопрос №3: Просим Вас указать, какая концентрация 15-ти компонентов позиция 2.1.14.5 в Таблице №1 к Форме 3 Конкурсной документации (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ) должна быть в поверочной газовой смеси для калибровки и поверки хроматографа.

Ответ: Набор, указанный в позиции 2.1.14.5, должен содержать хотя бы две смеси с содержанием каждого перечисленного компонента по 20 ppm и 50 ppm. Т.е. одна смесь с содержанием каждого компонента по 20 ppm и вторая смесь с содержанием каждого компонента по 50 ppm.

Вопрос №4: Просим Вас подтвердить, что значение концентрации сероводорода 0÷70,0 mol % позиция 2.1.1 в Таблице №2 к Форме 3 Конкурсной документации (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ) является корректным. Просим Вас указать,

какая концентрация сероводорода должна быть в поверочной газовой смеси для калибровки и поверки хроматографа.

Ответ: Значение сероводорода 0-70 mol % подтверждаем, так как прибор должен иметь возможность определять сероводород в широком диапазоне.


Вопрос №5: Просим Вас подтвердить, что концентрация сероводорода и других серных соединений в воздухе в лаборатории не превышает значение 0,008 мг/м³ (ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест).

Ответ: Подтвердить не предоставляется возможным, так как лаборатория замеры воздуха рабочей зоны не производит.

Также уведомляем Вас о том, что, Заказчиком принято решение о продлении крайнего срока подачи Конкурсных предложений до 15.00 часов 09.04.2021 года. В этой связи, ранее установленную дату 15.00 часов 26.03.2021 года считать аннулированной. Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями состоится в 16.00 часов 09.04.2021 года.

С уважением,

Заместитель генерального директора
по закупкам и контрактам

 Р.Е. Меньшаков

Карлиева Виолетта Витальевна
Вн. тел. 4689

